

Экспертная организация Российской Системы Калибровки
Сервисный центр авиационного оборудования
« Центр Авиаметрология и Сертификация »
Air Metrology and Certification Center

СВИДЕТЕЛЬСТВО

CERTIFICATE

О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

№ 05/11/17-ЭК

Выдано 10 ноября 2017 года

Наименование: Экранированная камера с измерительной линией
(наименование СИ, измерительной установки, системы, устройства)

Принадлежит: ООО «Пулпар Техник»
(наименование организации)

Применяется: при техническом обслуживании автоматических радиокompасов
типа АРК-9, АРК-15 (М)
(область применения)

Аттестация проведена в соответствии с:

ОСТ 54-5-157.84-2002

«Экранированные камеры для технического обслуживания и ремонта
пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования
воздушных судов. Метрологическое обеспечение
Основные требования. Порядок и методика проведения аттестации»

По результатам аттестации (Протоколы №1 и №2 от 10.11.2017)
экранированная камера признана соответствующей
требованиям ОСТ 54-5-157.84-2002 и годной для
применения по назначению

Очередную аттестацию экранированной камеры
провести не позднее 10.11.2022 г.

Директор
ООО «Центр Авиаметрология и Сертификация»



И.Е. Теплов

0511